

**DATENBLATT**

**DERMAGRIP®**

**Polymer Coated Puderfreier Latex Untersuchungshandschuh, unsteril**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Bestellnummer/Größe      |   | Größe:<br>XS : D1400-45<br>S : D1401-45<br>M : D1402-45<br>L : D1403-45<br>XL : D1404-45  |
| Design und Merkmale      |   | Beidhändig verwendbar, verbesserte strukturierte Oberfläche und Rollrand  |
| Typ                      |   | Puderfreier und unsteriler Untersuchungshandschuh   |
| Material                 |   | Naturkautschuklatex   |
| Farbe                    |   | Naturweiß bis Gelb  |
| Oberflächenbehandlung    |   | Polymerbeschichtung auf der Außen- und Innenfläche  |
| Einfache Wandstärke (mm) | Finger<br>Handinnenfläche<br>Manschette | Min. 0.15<br>Min. 0.13<br>Min. 0.10   |
| Verpackung               |   | 100 Handschuhe (nach Gewicht) pro Dispenser<br>10 Dispenser pro Versandkarton   |
| Handschuhmarkierung      |   | Keine Markierung.   |
| Mindesthaltbarkeit       |   | 3 Jahre ab Produktionsdatum   |
| Konformität des Produkts |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medizinprodukt gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EEC (CE Klasse I): EN455 Teile 1, 2 ,3 &amp; 4;<br/>Wasserhaltetest: AQL: 1.5</li> <li>Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Richtlinie 89/686/EEC (Kategorie III, getestet nach EN420:2003+AI:2009, EN374-2:2003, EN374-3:2003 und EN388: 2003), CE 0086</li> <li>ASTM D3578</li> </ul> |
| Qualitätssicherung       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>BS EN ISO9001</li> <li>BS EN ISO13485 Qualitätssysteme</li> <li>US FDA Quality System Regulation (QSR)</li> </ul>  |

Die angegebenen Informationen dienen als Richtlinien der typischen Werte und Produkteigenschaften und sind nicht als tatsächliche Produktspezifikationen zu verstehen.