



DOC. #: Datenblatt - Dermagrip Latex Untersuchungshandschuh, steril (D150x-13)

REVISION #: 1

Datum: 19. April 2019 Seite 1 von 1

DERMAGRIP Sterile Examination Gloves

Puderfreier Latex Untersuchungshandschuh, steril

Bestellnummer/Größe		XS: D1500-13 S: D1501-13 M: D1502-13 L: D1503-13 XL: D1504-13
Design und Merkmale		Beidhändig verwendbar, strukturierte Oberfläche an den Fingern und Rollrand
Тур		Puderfreier und steriler Untersuchungshandschuh
Material		Naturkautschuklatex
Farbe		Naturweiß bis Gelb
Oberflächenbehandlung		Chlorinierung
Einfache Wandstärke (mm)	Finger Handinnenfläche Manschette	0.16 ± 0.03 0.14 ± 0.03 0.11 ± 0.03
Verpackung	Papierumschlag Folienverpackung Dispenser Versandkarton	1 Paar Handschuhe 1 Papierumschlag 50 Folienverpackungen 6 Dispenser
Handschuhmarkierung		Keine Markierung
Mindesthaltbarkeit		3 Jahre ab Produktionsdatum
Konformität des Produkts		 Medizinprodukt gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG (CE Klasse I): EN 455 Teile 1, 2, 3 & 4 Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 (Kategorie III, getestet nach EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016), CE 2797 ASTM D3578
Qualitätssicherung		BS EN ISO 9001 BS EN ISO 13485 Qualitätssysteme US FDA Quality System Regulation (QSR)

Die angegebenen Informationen dienen als Richtlinien der typischen Werte und Produkteigenschaften und sind nicht als tatsächliche Produkt-spezifikationen zu verstehen.

